

Bedienungsanleitung

ARNE NLS Advisor





ARNE B.V. Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede The Netherlands <u>https://arne.health/</u> support@arne.health Phone: +31-318657733 CE



AR-100-NLS-EUR 8720892230805

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4
1.1 GERÄTENAME ODER HANDELSNAME (ARNE)	4
1.2 VERWENDUNGSZWECK	4
1.3 ANWENDUNGSGEBIETE	4
1.4 GEGENANZEIGEN	4
1.5 VORGESEHENER BENUTZER	4
1.6 PATIENTENZIELGRUPPE(N)	5
1.7 VORGESEHENE UMGEBUNG	5
1.8 ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN	5
1.9 BEKANNTE NEBENWIRKUNGEN, RESTRISIKEN UND KOMPLIKATIONEN	5
1.10 NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN	5
1.11 REGULATORISCHE INFORMATIONEN	5
1.11.1 KLASSIFIZIERUNG	5
1.11.2 Konformität	5
1.11.3 WESENTLICHE LEISTUNG	5
1.11.4 ERWARTETE LEBENSDAUER	6
1.11.5 NUTZUNGSDAUER	6
1.11.6 EIGENTÜMERWECHSEL	6
1.12 WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN	6
1.12.1 WARNUNGEN	6
1.12.2 VORSICHTSMAßNAHMEN	7
1.12.3 Meldung Schwerwiegender Vorfälle	8
1.13 KONTAKTINFORMATIONEN	8
2. GERÄTEBESCHREIBUNG	9
2.1 GERÄTEFUNKTIONEN	9
2.1.1 KLINISCHE VERFAHREN	9
2.1.2 FUNKTIONSPRINZIP DES ARNE NLS ADVISOR	9
2.2 INSTALLATION	9
2.3 KOMPATIBILITÄT VON ZUBEHÖR	9
2.4 KONFIGURATIONEN	9
2.5 LEISTUNGSSPEZIFIKATIONEN	9
3. AUSPACKEN UND INSTALLATION	10
4. BEDIENUNGSANLEITUNG	11
4.1 GERÄTEMERKMALE	11
4.1.1 GERÄTEVORDERSEITE	11
4.1.2. GERÄTERÜCKSEITE	12
4.1.3. GERÄTEUNTERSEITE	13
4.2. ANZEIGE / BENUTZEROBERFLÄCHE	14
4.3 PRODUKTVORBEREITUNG	15
4.3.4 SCHULUNGSMODUS	16
4.3.5 PROTOKOLLE KOPIEREN	19
4.3.6 EINSTELLUNGEN	20
4.3.7 STANDARD-ADVISOR-PASSWÖRTER	20
4.3.8 STANDARD-ARNE NLS ADVISOR-PASSWÖRTER ÄNDERN	20
4.3.9 WINDOWS-ADMINISTRATORKONTO	20
4.3.9.1. EINSCHRÄNKUNGEN	20
4.3.9.2. MELDEN SIE SICH MIT DEM ARNEADMIN-KONTO AN	21

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor				Page	3 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.3.9.3. MELDEN SIE SICH MIT DEM REGULÄREN KONTO AN	21
4.3.10 VORBEREITUNG DER TEXT-TO-SPEECH-FUNKTION (AUDIONACHRICHTEN)	21
4.3.11 ANSCHLUSS EINES EXTERNEN BILDSCHIRMS ÜBER HDMI	22
4.3.12. AKTUALISIEREN DER ARNE NLS-ANWENDUNG	22
4.3.14 DIE LIZENZ	25
4.3.15. KONFIGURIEREN EINES PATIENTENMONITORS FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM ARNE NLS ADVISOF	₹25
4.3.15.1 Philips Intellivue	25
4.3.15.2 MASIMO RAD 5 / RADICAL 7 / RAD 8	26
4.3.15.4 DRÄGER INFINITY ACUTE CARE SYSTEM	26
4.4. Fehlerbehebung	28
4.6. PRODUKTBETRIEB	30
4.6.1. STARTEN EINER NEWBORN LIFE SUPPORT-SITZUNG	30
4.6.1.1. SCHRITT 1	30
4.6.1.2. SCHRITT 2	30
4.6.1.3 SCHRITT 3	31
4.6.1.4. SCHRITT 4	31
4.6.1.5 SCHRITT 5	32
4.6.2. BEARBEITEN DES GEWICHTS WÄHREND EINER SITZUNG	33
5. REINIGUNGSANWEISUNGEN	34
6. WARTUNGSANWEISUNGEN	35
6.1 BATTERIEBETRIEB UND -WARTUNG	35
6.2 REPARATURRICHTLINIE	35
6.3 RÜCKSENDEVEREAHREN	35
64 EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	36
6.5 AUSSCHI ÜSSE	36
6.6 GARANTIERESCHRÄNKLING	36
67 ENDBENUTZER-VERKAUESVEREINBARUNG (MIT EINSCHRÄNKUNGEN)	36
7 ENTSORGUNG DES GERÄTS	38
8 FEHI ERBEHERIING	30
	30
811 GEDÄTESTADTEEHI ED	30
	10
	40
	40
8.1.4 ARNE NES ADVISOR FIN-CODE-FERLER	40
	41
9.1.V I ERLER DEI DEN ADMINISTRATUREINSTELLUNGEN	41
	42
	43
TU. ANHANG A - TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN	45
10.1 PRODUKTABMESSUNGEN IN MM	46

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor					4 of 46
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

1. Allgemeine Informationen

1.1 Gerätename oder Handelsname (ARNE)

ARNE NLS Advisor.

Haftungserklärung

ARNE B.V. übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf den Verkauf des Geräts und lehnt jegliche Garantiehaftung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für den Gebrauch ab. ARNE B.V. haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch Ärzte und andere Kliniker verursacht werden, die in der Methode oder Technik der Wiederbelebung von Neugeborenen qualifiziert sind.

ARNE B.V. haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch die Auswahl und Verwendung eines Geräts für einen bestimmten Patienten oder den Zustand eines Patienten entstehen.

ARNE B.V. übernimmt keine Haftung für unsichere Situationen, Unfälle und/oder Schäden oder Verluste, die aus einer der folgenden Ursachen resultieren:

- Missachtung von Warnungen oder Anweisungen, die auf dem Gerät angezeigt oder in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind,
- Verwendung des Geräts für andere Anwendungen oder unter anderen Bedingungen als in dieser Gebrauchsanweisung angegeben,
- Durchführung von Änderungen jeglicher Art oder Natur am Gerät. Dies umfasst auch die Verwendung anderer Ersatzteile und das Ändern des internen Betriebsprogramms.

1.2 Verwendungszweck

Der ARNE NLS Advisor ist ein klinisches Entscheidungsunterstützungssystem, das Kreißsaalteams, die Neugeborene direkt nach der Geburt lebenserhaltende Maßnahmen ergreifen, gemäß den internationalen Richtlinien zur lebenserhaltenden Maßnahme für Neugeborene audiovisuelle Anleitungen bietet.

1.3 Anwendungsgebiete

Der ARNE NLS Advisor kann für reale lebenserhaltende Maßnahmen bei Neugeborenen sowie zu Schulungs- und Simulationszwecken lebenserhaltender Maßnahmen für Kreißsaalteams verwendet werden.

1.4 Gegenanzeigen

Der ARNE NLS Advisor darf nicht für andere lebenserhaltende Maßnahmen als für Neugeborene direkt nach der Geburt verwendet werden, für die die internationalen Richtlinien zur lebenserhaltenden Maßnahme für Neugeborene vorgesehen sind. Verwenden Sie den ARNE NLS Advisor nicht für lebenserhaltende Maßnahmen bei Neugeborenen, die vor der 25. Schwangerschaftswoche geboren wurden.

1.5 Vorgesehener Benutzer

Pflegekräfte, die ausgebildet und zertifiziert sind, um (neugeborenen) lebenserhaltende Maßnahmen an Frühgeborenen und Frühgeborenen direkt nach der Geburt zu ergreifen, wie z.b. Kinderärzte, Neonatologen, Geburtshelfer, Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern auf der Neugeborenenintensivstation.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor					5 of 46
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1				2025-04-09

1.6 Patientenzielgruppe(n)

Frühgeborene, vollgeborene, spätgeborene oder überfällige Neugeborene, die direkt nach der Geburt lebenserhaltende Maßnahmen benötigen.

1.7 Vorgesehene Umgebung

Der ARNE NLS Advisor ist für den Einsatz in perinatalen, entbindungsmedizinischen, pädiatrischen, geburtshilflichen und neonatalen Einrichtungen wie Operationssälen und Kreißsälen konzipiert, in denen die sofortige Versorgung von Neugeborenen nach dem Übergang von der intrauterinen zur extrauterinen Umgebung, der sogenannten Geburt, erfolgt.

1.8 Zu erwartender klinischer Nutzen

Der ARNE NLS Advisor wurde entwickelt, um die kognitive Arbeitsbelastung der Pflegekräfte zu verringern, indem er während des realen Trainings und/oder der Simulation lebenserhaltender Verfahren für (Früh-)Neugeborene eine Audio- und visuelle Anleitung des NLS-Wiederbelebungsprotokolls bietet, was zu einer besseren Einhaltung der internationalen Richtlinien zur Wiederbelebung von Neugeborenen führt. Eine bessere Einhaltung dieser internationalen Wiederbelebungsrichtlinien führt nachweislich zu besseren Patientenergebnissen.

1.9 Bekannte Nebenwirkungen, Restrisiken und Komplikationen

Keine bekannten Nebenwirkungen, Restrisiken oder Komplikationen

1.10 Nutzungsbeschränkungen

Der ARNE NLS Advisor ist nur für die Verwendung durch Pflegekräfte konzipiert, die in der Durchführung lebenserhaltender Verfahren (Neugeborener) kompetent sind. Dies bedeutet, dass sie über praktische Erfahrung im richtigen Umgang mit der bei der Wiederbelebung von Neugeborenen verwendeten Ausrüstung verfügen und über Kenntnisse in den Bereichen Atemwegsmanagement und Lungeninflation, laryngoskopische Untersuchung des Oropharynx, Durchführung von Thoraxkompressionen und Anlegen eines Nabelvenenzugangs verfügen.

1.11 Regulatorische Informationen

1.11.1 Klassifizierung

CE-MDD-Klassifizierung Klasse I

1.11.2 Konformität

ARNE NLS Advisor ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt, das der Medizinprodukterichtlinie entspricht.

1.11.3 Wesentliche Leistung

Keine wesentliche Leistung.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor				Page	6 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

1.11.4 Erwartete Lebensdauer

10 Jahre für Hard- und Software. Software erfordert regelmäßige Updates für Betriebssystem und ARNE-Anwendung.

1.11.5 Nutzungsdauer

10 Jahre

1.11.6 Eigentümerwechsel

Sobald das Gerät vom Krankenhaus gekauft wird, ist es Eigentümer des Geräts.

1.12 Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

1.12.1 Warnungen

Verwenden Sie ARNE NLS Advisor nicht, wenn es beschädigt erscheint oder der Verdacht besteht, dass es beschädigt ist. Eine Beschädigung des Geräts kann zu freiliegenden Stromkreisen führen, die Schaden verursachen können.

- Stellen Sie den ARNE NLS Advisor nicht ein, reparieren Sie ihn nicht, öffnen Sie ihn nicht, zerlegen Sie ihn nicht und modifizieren Sie ihn nicht. Eine Beschädigung des Geräts kann zu Leistungseinbußen führen. Stromschlaggefahr: Befolgen Sie zum Schutz vor Verletzungen die folgenden Anweisungen:
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen mit sichtbaren Flüssigkeitsflecken.
 - o Weichen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein oder tauchen Sie es nicht in diese ein.
 - o Versuchen Sie nicht, das Gerät zu sterilisieren.
 - o Verwenden Sie Reinigungslösungen nur gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung (siehe Reinigungsanweisungen auf Seite 26).
- Trennen Sie die Geräte, die über den USB-Anschluss aufgeladen werden, wenn Sie die Batterie **im** eingeschalteten Modus austauschen.
- Halten Sie den ARNE NLS Advisor von Feuchtigkeit fern.
- Die Öffnungen am Gehäuse dienen der Luftkonvektion. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung. ABDECKEN SIE DIE ÖFFNUNGEN NICHT.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle korrekt und stabil ist, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromquelle, um Schäden durch vorübergehende Überspannung zu vermeiden.
- Gießen Sie niemals Flüssigkeit in eine Öffnung. Dies könnte zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, lassen Sie das Gerät vom Servicepersonal überprüfen:
 - o Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - o Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - o Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - o Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht gemäß der Bedienungsanleitung zum Laufen bringen.
 - o Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
 - o Das Gerät weist offensichtliche Anzeichen von Bruch auf.
- ARNE NLS Advisor sollte nicht als alleinige Grundlage für medizinische Entscheidungen verwendet werden. Es muss in Verbindung mit klinischen Anzeichen und Symptomen verwendet werden.
- Stellen Sie aus Sicherheitsgründen während des Betriebs keine Gegenstände auf das Gerät.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor					7 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Netzstromversorgung mit Schutzleiter angeschlossen werden. Entfernen Sie unter keinen Umständen den Erdungsleiter vom Netzstecker.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie den ARNE NLS Advisor immer aus und trennen Sie ihn physisch vom Wechselstrom, bevor Sie ihn reinigen.
- Verwenden Sie nur das von ARNE B.V. bereitgestellte Wechselstromkabel. Die Verwendung eines anderen Wechselstromkabels kann den ARNE NLS Advisor beschädigen. Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker, um sicherzustellen, dass sie intakt und unbeschädigt sind.
 - Wenn Zweifel an der Integrität der Schutzleiteranordnung bestehen, betreiben Sie den ARNE
 NLS Advisor im Batteriebetrieb, bis der Schutzleiter der Wechselstromversorgung voll funktionsfähig ist.
- LASSEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN EINER UNKONTROLLIERTEN UMGEBUNG, IN DER DIE LAGERTEMPERATUR UNTER -20 °C (-4 °F) ODER ÜBER 60 °C (140 °F) LIEGT. ES KANN DAS GERÄT BESCHÄDIGEN.
- Externe Geräte, die für den Anschluss an Signaleingang/-ausgang oder andere Anschlüsse vorgesehen sind, müssen den relevanten UL-/IEC-Standards entsprechen (z. B. UL 1950 für IT-Geräte und ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 UND CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:08/IEC 60601-Serie für Systeme müssen dem Standard IEC 60601-1-1, Sicherheitsanforderungen für medizinische elektrische Systeme entsprechen.
- Geräte, die nicht UL 60601-1 entsprechen, müssen außerhalb der Patientenumgebung aufbewahrt werden, wie im Standard definiert. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Buchse des Netzteils, um das Gerät zu trennen.
- Der Austausch der Batterie durch unzureichend geschultes Personal kann zu einer GEFAHR führen (z. B. zu hohe Temperaturen, Feuer oder Explosion).
- Installation des Geräts durch Servicepersonal.
- Jede Person, die externe Geräte an Signaleingang, Signalausgang oder andere Anschlüsse anschließt, hat ein System gebildet und ist daher dafür verantwortlich, dass das System dem Standard IEC entspricht. 60601-1, Sicherheitsanforderungen für medizinische elektrische Systeme.
- Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ, der vom Hersteller empfohlen wird.

1.12.2 Vorsichtsmaßnahmen

- Eine ordnungsgemäße Montage und Befestigung des ARNE NLS Advisor mit einer geeigneten VESA-Montagehalterung ist unerlässlich und wichtig, um Verletzungen und Schäden am Gerät durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Berühren, drücken oder reiben Sie die Anzeigetafeln nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln, Instrumenten, Bürsten oder Materialien mit rauer Oberfläche und bringen Sie sie nicht mit Gegenständen in Kontakt, die das Display zerkratzen könnten.
- Gefahr eines Stromschlags: Führen Sie regelmäßige Tests durch, um sicherzustellen, dass die Leckströme der am Patienten angelegten Schaltkreise und des Systems innerhalb der zulässigen Grenzen liegen, die in den geltenden Sicherheitsnormen festgelegt sind. Die Summe der Leckströme muss überprüft werden und den Anforderungen von IEC 60601-1 und UL60601-1 entsprechen. Der Systemleckstrom muss überprüft werden, wenn externe Geräte an das System angeschlossen werden. Wenn ein Ereignis wie ein Herunterfallen eines Bauteils aus ca. 1 Meter Höhe oder mehr oder das Verschütten von Blut oder anderen Flüssigkeiten eintritt, führen Sie vor der weiteren Verwendung einen erneuten Test durch. Es besteht die Gefahr von Verletzungen des Personals.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor					8 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

1.12.3 Meldung schwerwiegender Vorfälle

Im Falle eines Vorfalls wenden Sie sich bitte per E-Mail an ARNE B.V.: support@arne.health

Für Europa:

Schwerwiegende Vorfälle, die durch dieses Gerät verursacht werden, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem EU-Mitgliedsstaat gemeldet werden.

Für andere Länder:

Befolgen Sie die lokalen Meldevorschriften und zusätzlich: Melden Sie sich in allen Fällen an Ihren Service-Ansprechpartner für ARNE-Produkte oder direkt an ARNE B.V.

1.13 Kontaktinformationen

ARNE B.V.

Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede Niederlande support@arne.health Tel: +31-318657733

	Bedienungsanleitung				Status	
	ARNE NLS Advisor					9 of 46
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

2. Gerätebeschreibung

2.1 Gerätefunktionen

2.1.1 Klinische Verfahren

Der ARNE NLS Advisor wurde entwickelt, um bei allen Schritten des Protokolls zur Lebenserhaltung bei Neugeborenen akustische und visuelle Anleitungen zu geben.

2.1.2 Funktionsprinzip des ARNE NLS Advisor

Der ARNE NLS Advisor besteht aus Software und Hardware. Die ARNE NLS-Softwareanwendung läuft auf einem Flachbett-, Touchscreen-, medizinischen, dedizierten, eigenständigen Computer mit dem Betriebssystem MSWindows-10.

In Verbindung mit einem Patientenüberwachungssystem kann der ARNE NLS Advisor Dateneingaben zu Vitalzeichen empfangen, die auf der ARNE NLS Advisor-Schnittstelle angezeigt werden.

2.2 Installation

Für die Installation des ARNE NLS Advisor ist ein Vertreter von ARNE B.V. oder eine von ARNE B.V. zertifizierte Person erforderlich.

2.3 Kompatibilität von Zubehör

In Kombination mit dem ARNE NLS Advisor wird kein Zubehör verwendet.

ARNE B.V. übernimmt keine Garantie für Sicherheit oder Leistung, wenn Zubehör verwendet wird, das hier nicht als kompatibel erwähnt wird.

2.4 Konfigurationen

Keine anderen Konfigurationen verfügbar.

2.5 Leistungsspezifikationen

Die angezeigten Werte werden mindestens jede Sekunde mit dem angeschlossenen Gerät überprüft.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor				Page	10 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

3. Auspacken und Installation

So packen Sie den ARNE NLS Advisor aus und überprüfen ihn:

1. Nehmen Sie den ARNE NLS Advisor aus dem Versandkarton und untersuchen Sie ihn auf Anzeichen von Transportschäden.

2. Überprüfen Sie alle Materialien anhand der Packliste. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien, Rechnungen und Frachtbriefe auf.

3. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den ARNE-Support unter support@arne.health.

3.1 Vorbereitung zur Verwendung

Führen Sie vor der Einrichtung des ARNE NLS Advisor zur Verwendung die folgenden Schritte aus:

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Systemkomponenten haben:
 - ARNE NLS Advisor x1
 - Lithiumbatterie (GALLOPWIRE 9789S12300) x2
 - AC-Netzkabel *) x1
 - AC-Netzadapter x1
 - VESA-Befestigungsschrauben x4
 - JBL GO3 Bluetooth-Lautsprecher x1

*) Verwenden Sie ein Netzkabel: Gelistet, abnehmbar, Typ SJT oder höher. Mindestens 125/250 V, mindestens 18 AWG/3C, maximal 3,0 m lang. Ein Ende endet mit 125 V, 10 A, mit NEMA 5-15P oder 250 V, 10 A mit NEMA 6-15P, Erdungstyp, das andere Ende mit einem Gerätekoppler. Krankenhausqualität.

- 2. Lesen Sie die Sicherheitsinformationen, Warnhinweise und Vorsichtshinweise auf Seite 5.
- 3. Befestigen Sie den ARNE NLS Advisor mit einem VESA MIS-D (100x100) Ihrer Wahl an einer Stange oder Schiene auf oder in der Nähe des Reanimationstisches. Der ARNE NLS Advisor sollte so montiert werden, dass die Schnittstelle für das gesamte Kreißsaalteam sichtbar und mit einer Armlänge leicht zu erreichen ist, um die Geräteschnittstelle während lebenserhaltender Verfahren bei Neugeborenen verwenden zu können.
- 4. Laden Sie die austauschbaren Batterien vollständig auf, bevor Sie den ARNE NLS Advisor verwenden.
- 5. Schließen Sie den ARNE NLS Advisor an einen Patientenmonitor an, um Dateneingaben für Vitalzeichenmessungen zu erhalten (siehe Konfigurieren eines Patientenmonitors für die Verwendung mit dem ARNE NLS Advisor auf Seite 18). Zum Einrichten einer Verbindung mit einem Patientenüberwachungsgerät. Wenn kein Patientenmonitor verfügbar ist oder der Patientenmonitor nicht in 4.3.11 aufgeführt ist, kann der ARNE NLS Advisor ohne Patientenmonitor verwendet werden. Der ARNE NLS Advisor funktioniert, überträgt jedoch keine Vitalparameter des Neugeborenen.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor					11 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09	

4. Bedienungsanleitung

4.1 Gerätemerkmale

4.1.1 Gerätevorderseite



Control Button	Funktion
٢	Sekunden drücken, um das Gerät einzuschalten
*	Erhöhen Sie die LCD-Helligkeit
*	Verringern Sie die LCD-Helligkeit
	Lautsprecherlautstärke erhöhen
	Lautsprecherlautstärke reduzieren

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	12 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.1.2. Geräterückseite



- 1. Entriegelungstasten für austauschbare Batterien
- 2. Kontrolltaste für Batterieladeanzeige
- 3. VESA 75x75, 100x100 (75/100) Montageplatte (Schraube Typ M4 verwenden)

Bedienungsanleitung					Status	
		ARNE NLS Ad	visor		Page	13 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.1.3. Geräteunterseite



	Bedienungsanl	eitung		Status		
	ARNE NLS Advisor					14 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.2. Anzeige / Benutzeroberfläche



- 1. Während der gesamten Sitzungsdauer sind das gewählte Schwangerschaftsalter und das Gewicht sichtbar:
 - Alter, Bereich von <24 Wochen bis >42 Wochen
 - Gewicht reicht von 500 g bis 4500 g.
- 2. Während der gesamten Sitzungsdauer sind die folgenden Informationen sichtbar, berechnet auf Grundlage von Alter und Gewicht des Neugeborenen:
 - a. Adrenalin in mcg.
 - b. Volumen in ml.
 - c. Glukose 10 % in ml.
 - d. Schlauchgröße in mm.
- 3. Falls der ARNE NLS Advisor an ein Patientenüberwachungsgerät angeschlossen ist, das das Neugeborene überwacht, können 4 Vitalparameter sichtbar sein:
 - a. Herzfrequenz in Schlägen/min
 - b. O2-Sättigung in %
 - c. Atemfrequenz in Atemzügen/min
 - d. Temperatur in Celsius
- 4. Der ARNE NLS Advisor verfolgt automatisch die Gesamtzeit einer lebenserhaltenden Sitzung. Gleichzeitig wird die Intervallzeit angezeigt, die die verbleibende Zeit bis zum nächsten Schritt des Algorithmus zur Lebenserhaltung für Neugeborene rückwärts zählt.
 - Beide Zeitfunktionen werden gestartet, sobald eine neue Sitzung eingeleitet wird.
- 5. Starttaste zum Beginnen einer neuen lebenserhaltenden Sitzung für Neugeborene

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor				Page	15 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.3 Produktvorbereitung

4.3.1 Audiotest

Nach dem Einschalten des ARNE NLS Advisor fordert die Anwendung den Benutzer auf, die Audioeinstellungen zu testen. Das System spielt automatisch einen Ton ab, um die Lautstärke zu überprüfen. Der Benutzer kann die Lautstärke anpassen oder akzeptieren.

Alter Gewicht	Willko Der ARNE NLS Advisor steht	mmen zu Ihrer Unterstützung bere	Gesamtdauer eit Zeitdauer bis zum nächsten Schritt
	NEUE EINHE	EIT STARTEN	
	Lautstärke einste Bitte stellen Sie die gewür	ellen nschte Lautstärke ein.	
		ок ок	

4.3.2 Willkommensbildschirm

Wenn der Willkommensbildschirm nach dem Audiotest angezeigt wird, ist der ARNE NLS Advisor einsatzbereit.

After Gewicht	Willko	mmen	Gesamtdauer
Epinephrin	Der ARNE NLS Advisor steht	zu Ihrer Unterstützung bereit	Zeitdauer bis zum nächsten Schritt
Volumen	NEUE EINHE		
Glukose 10 %			
Tubusgröße	ARNE NLS Advisor V1	1 0 0 @ 2025 🔞	
	EINSTELLUNGEN 🔅 SCHULUNGSMODUS 📚	PROTOKOLLE TONTEST	
Herzfrequenz	Sauerstoffsättigung	Atmung	Temperatur
—— ВРМ	%	 /min	°c

		Bedienungsanleitung			Status	
		ARNE NLS Ad	visor		Page	16 of 46
ARNF	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.3.3 Sprache

Durch Drücken der Schaltfläche "**SPRACHE**" auf dem Begrüßungsbildschirm kann der Benutzer die Gerätesprache (gesprochene und geschriebene Sprache) ändern.

Alter			Gesamtdauer
Gewicht	Willko	mmen	
	Der ARNE NLS Advisor steht	zu infer Unterstutzung bereit	Zeitdauer bis zum nächsten Schritt
Epinephrin		IT STARTEN	
Volumen	SPRAC	#⊑ ⊕	
Glukose 10 %			
Tubusgröße	ARNE NLS Advisor V1	.1.0.0 © 2025 🕜	
	EINSTELLUNGEN 🔅	PROTOKOLLE TONTEST	
Herzfrequenz	Sauerstoffsättigung	Atmung	Temperatur
—— ВРМ	%	—— /min	°c

4.3.4 Schulungsmodus

Der ARNE NLS Advisor kann im Schulungsmodus verwendet werden, um mit simulierten Vitalzeichenwerten arbeiten zu können. Die simulierten Vitalzeichen vom ARNE Vital Signs Simulator werden vom ARNE NLS Advisor nur akzeptiert, wenn er sich im Schulungsmodus befindet.

Um in den Schulungsmodus zu wechseln, drücken Sie auf dem Begrüßungsbildschirm die Schaltfläche 'SHULUNGSMODUS'. Sie werden nach einem PIN-Code gefragt. Der Standard-PIN-Code ist 13860, dieser kann jedoch im Einstellungsbildschirm geändert werden.

Sobald ARNE NLS Advisor im 'Schulungsmodus' läuft, wird oben auf dem Bildschirm eine blau hervorgehobene, durchgehende Meldung mit dem Hinweis 'Schulungsmodus aktiv. Vitalfunktionen simuliert' angezeigt.

Alter			Gesamtdauer
Gewicht	Willko	mmen	
	Der ARNE NLS Advisor steht	zu Ihrer Unterstützung bereit	Zeitdauer bis zum nächsten Schritt
Epinephrin			
Volumen	SPRACE	#E ⊕	
Glukose 10 %			
Tubusgröße	ARNE NLS Advisor V1	.1 0.0 @ 2025 🔞	
	EINSTELLUNGEN 📚		
Herzfrequenz	Sauerstoffsättigung	Atmung	Temperatur
—— ВРМ	%	—— /min	°c •

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	17 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Die Anwendung ARNE Vital Signs Simulator läuft auf einem separaten Windows-Computer (dem Computer des Trainers), der über ein Ethernet-Kabel mit dem ARNE NLS Advisor verbunden ist.

Einmalige Einrichtung der Anwendung Vital Signs Simulator auf dem separaten Windows-Computer des Trainers:

- Wählen Sie auf dem Computer des Trainers einen Ethernet-Adapter für die Crossover-Verbindung mit dem ARNE NLS Advisor aus. Es wird empfohlen (ist aber nicht zwingend erforderlich), einen Ethernet-Adapter zu verwenden, der nicht für andere Netzwerkverbindungen verwendet wird, da der Adapter für eine statische IPv4-Adresse konfiguriert werden muss. Dies ist normalerweise nicht mit einem Firmennetzwerk oder einem privaten lokalen Netzwerk kompatibel. Beispielsweise könnte ein separater USB-Ethernet-Adapter verwendet werden.
- Konfigurieren Sie die IPv4-Einstellungen des Ethernet-Adapters wie folgt auf eine feste/statische IP-Adresse:
 - o Öffnen Sie die Systemsteuerung und gehen Sie zu Netzwerk und Internet und von dort zu Netzwerkund Freigabecenter
 - o Klicken Sie im linken Bereich auf Adaptereinstellungen ändern
 - o Suchen Sie den Ethernet-Adapter, der mit dem ARNE-Gerät verbunden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften. Ein Fenster wie dieses wird geöffnet:

Ethernet 3 (USB) Properties		Х					
Networking Authentication Sharing							
Connect using:							
LAN7500 USB 2.0 to Ethernet 10/100/	1000 Adapter						
	Configure						
This connection uses the following items:							
Npcap Packet Driver (NPCAP)	^						
QoS Packet Scheduler							
Bridge Driver							
✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)							
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	4)						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver	4) r Protocol						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver <	4) r Protocol						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver Install	Properties						
Install Description	Protocol Properties						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver Install Description Transmission Control Protocol/Internet Protovides co across diverse interconnected networks.	Properties						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver Install Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol darea network protocol that provides co across diverse interconnected networks.	Protocol Properties cocol. The default mmmunication						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver Install Description Transmission Control Protocol/Internet Protoc wide area network protocol that provides co across diverse interconnected networks.	Protocol Properties Col. The default mmunication						
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV Microsoft Network Adapter Multiplexo Microsoft LLDP Protocol Driver Install Description Transmission Control Protocol/Internet Proto wide area network protocol that provides co across diverse interconnected networks.	Protocol Properties						

- Öffnen Sie die Eigenschaften von Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
- Tragen Sie IP-Adresse und Subnetz genau wie folgt ein:
 - o IP-Adresse: 192.168.8.5
 - o Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - o Standard-Gateway: leer lassen
 - o DNS-Einstellungen: leer lassen

Bedienungsanleitung					Status	
		ARNE NLS Ad	visor		Page	18 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv-	4) Properties
General	
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	matically if your network supports to ask your network administrator
O Obtain an IP address automatic	ally
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.8.5
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address auto	omatically
• Use the following DNS server ad	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

o Drücken Sie OK und erneut OK, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen

- Wichtig: Konfigurieren Sie den Trainercomputer nicht so, dass er seine Internetverbindung oder lokale Netzwerkverbindung mit dem ARNE NLS Advisor teilt. Der ARNE NLS Advisor muss von Krankenhausnetzwerken und vom Internet getrennt bleiben.
- Installieren Sie die Anwendung ARNE Vital Signs Simulator und, falls erforderlich, die .Net Core Desktop-Laufzeit.

Regelmäßige Verwendung des ARNE Vital Signs Simulators:

- Verbinden Sie den Trainercomputer über den konfigurierten Ethernet-Adapter mit dem ARNE NLS Advisor auf LAN1 (trennen Sie das IntelliVue-Kabel, falls vorhanden), und verwenden Sie dazu ein Ethernet-Crossover-Kabel.
- Starten Sie die Anwendung ARNE Vital Signs Simulator. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse 192.168.8.4 ausgewählt ist, und drücken Sie die Schaltfläche "Verbinden", um mit dem Senden simulierter Vitalzeichen an den ARNE NLS Advisor zu beginnen.
- Einzelne Vitalzeichen können über die Kontrollkästchen "Simulieren" ein- oder ausgeschaltet werden.

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	19 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Um den Schulungsmodus zu verlassen, drücken Sie auf dem Willkommensbildschirm im ARNE NLS Advisor auf "SCHULUNGSMODUS BEENDEN".

Fehlerbehebung:

Wenn der ARNE Vital Signs Simulator anzeigt, dass die Daten nicht übertragen werden können, überprüfen Sie Folgendes:

- Ist der ARNE NLS Advisor über ein Crossover-Ethernet-Kabel an Port LAN1 angeschlossen?
- Ist der ARNE NLS Advisor auf Schulungsmodus eingestellt?
- Wenn die Verbindung scheinbar in zufälligen Abständen verloren geht und Sie einen externen Gigabit-USB-Ethernet-Adapter (1000 Mbit/s) verwenden, versuchen Sie, die Verbindungsgeschwindigkeit in den erweiterten Eigenschaften des Adapters auf dem Trainercomputer auf "100 Mbit/s Vollduplex" einzustellen. Manchmal können USB-Ethernet-Adapter die Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s nicht richtig verarbeiten, und 100 Mbit/s Vollduplex ist für diese Anwendung ausreichend.

4.3.5 Protokolle kopieren

Für jede Sitzung wird ein protokolldateien geführt, das Einzelheiten darüber enthält, welche Schritte befolgt wurden, welche Entscheidungen der Benutzer getroffen hat, die Werte der gemessenen Vitalzeichen und den Zeitpunkt.

Diese Protokolle können vom Willkommensbildschirm aus durch Drücken der Schaltfläche "**PROTOKOLLE KOPIEREN**" kopiert werden. Sie werden nach einem PIN-Code gefragt. Der Standard-PIN-Code lautet 13860, dieser kann jedoch im Einstellungsbildschirm geändert werden.

	eitung		Status			
	ARNE NLS Advisor				Page	20 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4.3.6 Einstellungen

Um die Einstellungen des ARNE NLS Advisor zu ändern, drücken Sie auf dem Willkommensbildschirm die Schaltfläche "EINSTELLUNGEN". Sie werden nach dem Einstellungs passwort gefragt. Das Standard passwort lautet @rne\$ettings. Das passwort kann in den Einstellungen geändert werden. Änderungen an den Einstellungen können nur mithilfe einer externen Tastatur vorgenommen werden, die an den ARNE NLS Advisor angeschlossen ist.

Alter Gewicht	Willko	mmen	Gesamtdauer
	Der ARNE NLS Advisor stent	zu Ihrer Unterstutzung bereit	Zeitdauer bis zum nächsten Schritt
Epinephrin	NEUE EINHE	EIT STARTEN	
Volumen	SPRAC	не 🌐	
Glukose 10 %			
Tubusgröße	ARNE NLS Advisor V1	.1.0.0 © 2025 🕜	
	EINSTELLUNGEN 🔅	PROTOKOLLE TONTEST	
Herzfrequenz	Sauerstoffsättigung	Atmung	Temperatur
—— ВРМ	%	—— /min	•° °C

4.3.7 Standard-Advisor-Passwörter

Zum Ändern der Einstellungen für den ARNE NLS Advisor wird das Einstellungspasswort benötigt, und um den Schulungsmodus zu verwenden oder die Sitzungsprotokolle zu kopieren, wird der PIN-Code für den Schulungsmodus benötigt. Standardmäßig lautet das Einstellungspasswort **@rne\$ettings** und der PIN-Code für den Schulungsmodus **13860**.

Der PIN-Code für den Schulungsmodus kann über den Touchscreen eingegeben werden.

Für das Einstellungspasswort wird eine externe USB-Tastatur benötigt.

4.3.8 Standard-ARNE NLS Advisor-Passwörter ändern

Bei der ersten Installation durch einen Krankenhaus-IT-Administrator wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, die integrierten Standard-ARNE NLS Advisor-Passwörter zu ändern. Beide Passwörter können im Bereich "Einstellungen" geändert werden, auf den über das Einstellungspasswort zugegriffen werden kann. Stellen Sie sicher, dass der ARNE Advisor als normaler "Arne"-Benutzer ausgeführt wird, bevor Sie Einstellungen ändern, z. B. indem Sie das Gerät ausund wieder einschalten (siehe Abschnitt 4.3.6.).

4.3.9 Windows-Administratorkonto

4.3.9.1. Einschränkungen

Das Windows-Administratorkonto "Arneadmin" ist ausschließlich für Verwaltungsaufgaben wie die Installation eines Upgrades für die Anwendung ARNE NLS Advisor verfügbar. Die Anwendung ARNE NLS Advisor selbst ist für die

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	21 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Ausführung unter dem regulären Benutzerkonto "Arne" konzipiert. Es wird nicht unterstützt, die Anwendung ARNE Advisor auszuführen, während Sie mit dem Windows-Konto "Arneadmin" angemeldet sind. Melden Sie sich beispielsweise unbedingt vom Konto "Arneadmin" ab, bevor Sie Einstellungen (wie Passwörter oder Patientenmonitor-Setup) in ARNE NLS Advisor ändern.

4.3.9.2. Melden Sie sich mit dem Arneadmin-Konto an

- Schließen Sie eine USB-Tastatur und optional eine USB-Maus an das ARNE NLS Advisor-Gerät an.
- Schalten Sie den ARNE NLS Advisor ein und warten Sie, bis die Anwendung angezeigt wird.
- Drücken Sie Ctrl + Alt + Delete
- Wählen Sie "Abmelden"
- Wählen Sie auf dem Windows-Sperrbildschirm den Arneadmin-Benutzer aus
- Geben Sie das Arneadmin-Passwort ein (dies kann entweder das Standardpasswort oder das vom IT-Personal des Krankenhauses festgelegte Passwort sein)

Das standardmäßige Arneadmin-Passwort ist aus Sicherheitsgründen nicht in diesem Endbenutzerdokument aufgeführt. Bitte wenden Sie sich an ARNE B.V., um das Standardpasswort zu erhalten.

Achtung: Die BIOS- und Windows-Administratorpasswörter sind auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Aus Sicherheitsgründen kann das IT-Personal des Krankenhauses ein oder beide Passwörter ändern lassen. Infolgedessen kann ARNE B.V. nicht mehr auf das System zugreifen, falls das IT-Personal des Krankenhauses die BIOS- und/oder Windows-Administratorpasswörter verliert.

4.3.9.3. Melden Sie sich mit dem regulären Konto an

Option 1:

• Starten Sie den ARNE NLS Advisor neu oder schalten Sie ihn aus und wieder ein

Option 2:

- Drücken Sie Strg + Alt + Entf
- Wählen Sie "Abmelden"
- Wählen Sie auf dem Windows-Sperrbildschirm den Arne-Benutzer aus
- Für diesen Benutzer ist kein Kennwort erforderlich

4.3.10 Vorbereitung der Text-to-Speech-Funktion (Audionachrichten)

Der ARNE NLS Advisor verwendet neben visuellen Nachrichten auch Audionachrichten, um den Benutzern des Geräts alle Schritte des NLS-Protokolls mitzuteilen.

In den Standardeinstellungen, der ARNE NLS Advisor wirt mit einem per Bluetooth, externen Lautsprecher verbunden geliefert. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Lautsprechers eingeschaltet ist, indem Sie die Lautstärketasten auf der Vorderseite des Geräts verwenden (siehe Vorderseite des Geräts auf Seite 9), sowie am Bluetooth-Lautsprecher selbst.

Falls die Bluetooth-Verbindung zum externen Lautsprecher unterbrochen wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung wiederherzustellen.

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	22 of 46	
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Lautsprecher verfügbar ist, schalten Sie ihn ein und drücken Sie die Bluetooth-Kopplungstaste 🕑 am externen Lautsprecher.

1. Melden Sie sich in Windows als Arneadmin-Benutzer an (siehe 4.3.6.2.)

2. Drücken Sie die Windows-Taste, geben Sie Bluetooth ein und öffnen Sie die "Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen"

3. Drücken Sie die Schaltfläche "[+] Bluetooth oder anderes Gerät hinzufügen"

4. Wählen Sie im Dialogfeld "Gerät hinzufügen" die Kategorie "Bluetooth" (in deren Beschreibung "Audiogeräte" steht)

5. Folgen Sie den Anweisungen des Bluetooth-Lautsprechers/Headsets, um den Lautsprecher/das Headset in den "Kopplungsmodus" zu versetzen

6. Wenn der Lautsprecher in der Liste der erkannten Geräte erscheint (JBL GO3), wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie, um das Dialogfeld zu schließen.

7. Überprüfen Sie, dass im Bluetooth-Einstellungsfenster unter der Überschrift "Audio" nur das neu verbundene Lautsprecher aufgeführt ist. Wenn andere Audiogeräte aufgeführt sind, entfernen Sie diese.

Hinweis: Der ARNE NLS Advisor verwendet für den Ton immer das Standard-Audiogerät des PCs. Bei Problemen mit dem Ton oder beim Ersetzen des Lautsprechers/Headsets durch einen anderen Bluetooth-Lautsprecher/Headset kann der Administrator das Audiogerät in Windows wie folgt ändern:

- 1. Melden Sie sich in Windows mit dem Arneadmin-Konto an (siehe 4.3.9.2)
- 2. Öffnen Sie die Systemsteuerung
- 3. Klicken Sie auf Ton
- 4. Klicken Sie im sich öffnenden Dialog auf die Registerkarte Wiedergabe
- 5. Klicken Sie in der Liste auf den Namen des Lautsprechers/Headsets
- 6. Drücken Sie die Schaltfläche "Als Standard festlegen"
- 7. Drücken Sie die Schaltfläche "OK"
- 8. Melden Sie sich erneut mit dem normalen Arne Windows-Benutzerkonto an.

4.3.11 Anschluss eines externen Bildschirms über HDMI

Es ist möglich, einen externen Bildschirm über HDMI anzuschließen.

Schließen Sie einen externen Bildschirm mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den HDMI-Anschluss an der Unterseite des ARNE NLS Advisor an (siehe Geräteunterseite auf Seite 10).

Die Anzeige des ARNE NLS Advisor wird auf dem externen Bildschirm gespiegelt. Falls der externe Bildschirm mit Lautsprechern ausgestattet ist, werden diese für die Audionachrichten verwendet.

Welche(r) Bildschirm(e) und Audiogerät(e) vom ARNE NLS Advisor verwendet werden, wenn ein externer Bildschirm angeschlossen ist, ist nicht definiert.

4.3.12. Aktualisieren der ARNE NLS-Anwendung

Updates der ARNE-Gerätesoftware bestehen aus zwei Teilen:

- ARNE Full System Setup Bundle
- Diese ausführbare Datei installiert und aktualisiert die Advisor-Anwendung und das zugehörige medizinische Protokoll sowie Betriebssystem- und/oder Framework-Updates.
- ARNE Environment Setup

Bedienungsanleitung						
	ARNE NLS Advisor				Page	23 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Diese ausführbare Datei wird im Rahmen des Full System Setup installiert und muss anschließend vom Benutzer gestartet werden. Sie aktualisiert verschiedene Konfigurationselemente des Systems und unterstützt die Lizenzgenerierung sowie die Fehlerbehebung.

Updates für die ARNE NLS-Anwendungssoftware werden von ARNE BV oder seinen offiziellen Distributoren bereitgestellt. Sobald ein neues Software-Update für den ARNE NLS Advisor verfügbar ist, benachrichtigt ARNE BV die Benutzer und informiert sie über die Bezugsquellen.

Zielgruppe: IT-Administratoren

Voraussetzungen:

- Anmeldedaten für das Windows-Administratorkonto Arneadmin des ARNE-Geräts (siehe 4.3.9.2)
- Installationsdateien von ARNE B.V., z. B. die ZIP-Datei des ARNE Full System Setup Bundle
- USB-Stick mit mindestens 4 GB freiem Speicherplatz
- USB-Tastatur und optional eine USB-Maus

Das allgemeine Upgrade-Verfahren ist unten aufgeführt. Beachten Sie, dass jede Version zusätzliche Schritte enthalten kann, die in der Dokumentation der Version aufgeführt sind.

Auf Ihrem PC:

- 1) Besorgen Sie sich die ZIP-Datei des Update-Pakets.
- 2) Entpacken Sie die ZIP-Datei in einen neuen Ordner.

3) (Optional) Überprüfen Sie, ob die Datei "ARNE Full System Setup Bundle".exe von "ARNE B.V." signiert ist. (Dateieigenschaften → Digitale Signaturen)

- a) HINWEIS: Vorschauversionen und reine Demoversionen sind möglicherweise nicht signiert.
- 4) Schließen Sie ein USB-Laufwerk an.
 - a) Es wird empfohlen, das USB-Laufwerk mit entsprechender Drittanbietersoftware auf Viren und Malware zu scannen.
- 5) Kopieren Sie den entpackten Ordner auf das USB-Laufwerk.

Auf dem ARNE NLS Advisor

- 1) Stellen Sie sicher, dass das ARNE-Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
- 2) Starten Sie das ARNE-Gerät und warten Sie, bis die Advisor-Anwendung bereit ist.
- 3) Schließen Sie die USB-Tastatur an und drücken Sie Strg+Alt+Entf.
- 4) Wählen Sie "Abmelden".
- 5) Melden Sie sich mit dem Arneadmin-Konto an (siehe 4.3.9.2).
- 6) Stecken Sie das USB-Laufwerk in das ARNE-Gerät.

Führen Sie das ARNE Full System Setup Bundle aus.

- 7) Öffnen Sie den Explorer (Windows+E) und navigieren Sie zum entpackten Ordner auf dem USB-Stick.
- 8) Suchen Sie die Datei "ARNE Full System Setup Bundle vx.y.z.w (Release x64).exe".

9) Führen Sie das ARNE Full System Setup Bundle aus.

10) Überprüfen Sie im ersten Bildschirm, ob die angegebene Version die erwartete (neue) Version ist.

11) Überprüfen Sie im nächsten Schritt im Windows-Sicherheitsdialog, ob das Installationsprogramm als von "ARNE B.V." veröffentlicht erkannt wird.

a) HINWEIS: Vorschauversionen und reine Demoversionen sind möglicherweise nicht signiert.

12) Klicken Sie auf "Installieren".

13) Wenn der Herausgeber des Installationsprogramms Ihren Erwartungen entspricht, stimmen Sie dem Sicherheitsdialog zu.

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor				Page	24 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

14) Warten Sie, bis das Installationsprogramm alle Komponenten installiert hat. Dies kann 10 bis 20 Minuten dauern.

a) Insbesondere die Windows Update-Komponenten und die Sprachausgabe scheinen möglicherweise längere Zeit zu hängen. Das ist normal.

15) Wenn das Installationsprogramm einen Fehler meldet: Wenden Sie sich an ARNE B.V.

16) Wenn das Installationsprogramm einen Neustart meldet:

a) Führen Sie den Neustart durch.

b) Wenn das ARNE-Gerät nach dem Neustart im Advisor startet: Drücken Sie Strg+Alt+Entf und wählen Sie "Abmelden".

c) Fahren Sie als Arneadmin fort (siehe 4.3.9.2).

d) Wenn das Installationsprogramm automatisch fortgesetzt wird, warten Sie, bis es abgeschlossen ist. Klicken Sie auf "Starten" und fahren Sie mit den unten stehenden Schritten zur Einrichtung der ARNE-Umgebung fort.

e) Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch angezeigt wird, suchen Sie auf dem Desktop nach dem Symbol "ARNE-Einrichtung fortsetzen".

f) Überprüfen Sie im nächsten Schritt im Windows-Sicherheitsdialog, ob die Anwendung als von "ARNE B.V." veröffentlicht erkannt wird.

g) Starten Sie die Verknüpfung "ARNE-Setup fortsetzen".

h) Fahren Sie mit den unten stehenden Schritten zur Einrichtung der ARNE-Umgebung fort.

17) Wenn das Installationsprogramm den Abschluss meldet und die Schaltfläche "Starten" anzeigt:

- a) Drücken Sie die Schaltfläche "Starten".
- b) Fahren Sie mit den unten stehenden Schritten zur Einrichtung der ARNE-Umgebung fort.

Führen Sie das ARNE Environment Setup aus.

18) Wenn das ARNE Environment Setup einen Warnhinweis anzeigt, dass es auf einem Nicht-Produktionssystem gestartet wird, sind Sie wahrscheinlich nicht als Arneadmin-Benutzer angemeldet. Wenden Sie sich bitte an ARNE B.V.

- 19) Drücken Sie "Start".
- 20) Die Anwendung beginnt mit der Konfiguration des Systems. Dies kann einige Minuten dauern.

a) Während der Ausführung zeigt die Anwendung Details zur F&E-Ebene im Textfeld im unteren Fensterbereich an. Dieser Text ist nur für das Servicepersonal von ARNE B.V. zur Fehlerbehebung bestimmt.

- 21) Nach einer Weile zeigt die Anwendung einen Abschlussdialog an.
 - a) Falls der Dialog einen Fehler anzeigt: Kontaktieren Sie ARNE B.V.
 - b) Falls der Dialog erfolgreich war, schließen Sie ihn.

22) Es wird dringend empfohlen, die Protokolle der (erfolgreichen oder fehlgeschlagenen) Installation auf dem USB-Stick zu speichern und zu archivieren, um sie für zukünftige Serviceanfragen zu verwenden.

- a) Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick noch im ARNE-Gerät eingesteckt ist.
- b) Klicken Sie auf "Setup-Protokolle auf USB kopieren".

c) Dadurch wird ein mit einem Zeitstempel versehener Ordner mit Protokolldateien auf dem USB-Stick erstellt.

- 23) Schließen Sie die Anwendung "ARNE Environment Setup".
- 24) Klicken Sie im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste auf den USB-Stick und wählen Sie "Auswerfen".
- 25) Entfernen Sie den USB-Stick vom ARNE-Gerät.
- 26) Starten Sie das ARNE-Gerät neu, um die Installation abzuschließen.

Archivieren Sie die Setup-Protokolle.

27) Es wird dringend empfohlen, die Protokolldateien vom USB-Stick an einen Archivspeicherort zu kopieren, wo sie bei zukünftigen Serviceanfragen jederzeit abgerufen werden können.

	Bedienungsanleitung				Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	25 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Update überprüfen

28) Überprüfen Sie nach dem Start im Info-Dialog, ob die gewünschte neue Version erfolgreich installiert wurde und Ihre Lizenz noch gültig ist.

29) Führen Sie weitere Tests basierend auf Ihren Verfahren durch (z. B. Anschluss des Patientenmonitors, Anschluss des Vitalparameter-Simulators, externes Audiogerät, Benutzeroberflächensprachen und Sprachausgabe).

Ein IT-Administrator mit Zugriff auf das Windows-Administratorkonto (siehe 4.393.2) kann ein Update wie folgt installieren:

- Optional überprüfen, ob die MSI-Datei von "ARNE B.V." signiert ist.
- Speichern Sie die MSI-Datei auf einem USB-Stick.
- Schließen Sie den USB-Stick an den ARNE NLS Advisor an.
- Melden Sie sich unter Windows mit dem Arneadmin-Konto an (siehe 4.3.9.2).
- Führen Sie das MSI-Paket aus und prüfen Sie, ob im Windows-Sicherheitsdialogfeld "ARNE B.V." als Anwendungsherausgeber angezeigt wird.
- Entfernen Sie den USB-Stick vom ARNE NLS Advisor.
- Schalten Sie den ARNE NLS Advisor aus und wieder ein.
- Überprüfen Sie nach dem Start im Info-Dialog, ob die gewünschte neue Version erfolgreich installiert wurde.

4.3.14 Die Lizenz

Zur Nutzung des ARNE NLS Advisor ist eine Lizenz erforderlich. Die Lizenz ist zeitlich begrenzt. Wenn die Lizenz innerhalb von 63 Tagen abläuft, wird beim Start des ARNE NLS Advisor ein Warn-Popup angezeigt, das Sie auffordert, die Lizenz zu aktualisieren. Nach Ablauf der Lizenz funktioniert der ARNE NLS Advisor noch weitere 63 Tage, und beim Start wird ein Warn-Popup angezeigt. 63 Tage nach Ablauf der Lizenz kann der ARNE NLS Advisor nicht mehr verwendet werden, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Die Lizenz für den ARNE NLS Advisor kann wie folgt installiert oder aktualisiert werden:

1. Fordern Sie bei ARNE B.V. eine neue Lizenzschlüsseldatei für den spezifischen ARNE NLS Advisor an.

2. Kopieren Sie die Lizenzschlüsseldatei in das Stammverzeichnis eines USB-Laufwerks. Stellen Sie sicher, dass sich auf dem USB-Laufwerk keine abgelaufenen Lizenzschlüssel für dasselbe ARNE-Gerät befinden. Lizenzschlüssel für andere ARNE NLS Advisor sind zulässig.

3. Auf dem ARNE NLS Advisor:

- 1. Wenn es eingeschaltet ist, schalten Sie das Gerät aus.
- 2. Stecken Sie das USB-Laufwerk ein.

3. Schalten Sie den ARNE NLS Advisor ein. Der ARNE NLS Advisor erkennt die Lizenz automatisch und installiert sie. Sie können im Dialogfeld "Info" überprüfen, ob das Ablaufdatum der Lizenz mit dem neu installierten Lizenzschlüssel übereinstimmt.

4.3.15. Konfigurieren eines Patientenmonitors für die Verwendung mit dem ARNE NLS Advisor

ARNE unterstützt eine Verbindung zu keinem oder einem Patientenmonitor gleichzeitig.

4.3.15.1 Philips Intellivue

ARNE unterstützt einen eigenständigen (nicht vernetzten) Philips IntelliVue mit der Produktsoftwareversion: F.01.43.

Manuelle IP-Adresse einrichten:

- 1. Rufen Sie den Betriebsmodus "Service" auf.
- 2. Wählen Sie "Haupteinstellungen".
- 3. Wählen Sie "Bettinformationen".

	Bedienungsanleitung				Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	26 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

- 4. Wählen Sie "Netzwerk".
- 5. Wählen Sie "Manuelle IP-Adresse" und konfigurieren Sie diese Werte:

a. IP-Adresse:	192.168.8.5
b. Subnetzmaske:	255.255.255.0

- c. Gateway: 192.168.8.4
- 6. Drücken Sie "Speichern"
- 7. Schalten Sie den IntelliVue aus und wieder ein

Verbinden Sie den LAN-Port des IntelliVue mit einem Crossover-Ethernet-Kabel mit dem LAN1-Port des ARNE NLS-Geräts. Beachten Sie, dass Daten, die von einem auf Demo-Modus eingestellten IntelliVue empfangen werden, vom ARNE NLS Advisor nicht als gültige Daten akzeptiert werden.

Rufen Sie im ARNE NLS Advisor das Menü "**EINSTELLUNGEN**" mit dem Kennwort **@rne\$settings** auf und wählen Sie im Dropdown-Menü den Philips Intellivue-Monitor als Patientenmonitormodell aus.

4.3.15.2 Masimo Rad 5 / Radical 7 / Rad 8

ARNE NLS Advisor unterstützt ein Masimo Rad 5 / Radical 7 / Rad 8, das über die RS-232-Verbindung angeschlossen ist. Beim Masimo-Gerät muss der serielle Ausgabeportmodus auf ASCII 1 eingestellt sein. Informationen zur Konfiguration dieser Einstellung finden Sie im Masimo-Benutzerhandbuch.

Rufen Sie im ARNE NLS Advisor das Menü "**EINSTELLUNGEN**" mit dem Kennwort **@rne\$settings** auf und wählen Sie im Dropdown-Menü den Monitor Masimo Radical 7 oder Rad-8 als Patientenmonitormodell aus.

4.3.15.3. GE Healthcare Panda iRes Wärmer

ARNE unterstützt einen GE Panda iRes Wärmer mit Softwareversion 3.0.0.29, der über die RS-232-Verbindung mit einem gekreuzten seriellen Kabel (Nullmodem) angeschlossen ist. Es sind keine relevanten Softwareeinstellungen auf dem GE Panda-Gerät bekannt.

Verbinden Sie den seriellen Anschluss des GE Panda-Geräts mit einem gekreuzten seriellen Kabel (Nullmodem) mit dem COM1-Anschluss des ARNE-Geräts.

Das ARNE-Gerät verwendet das Pulsfrequenzsignal des Pulsoximeters für die Herzfrequenzmessung im NLS Advisor.

EKG-Sensorwerte des GE Panda werden vom ARNE-Gerät ignoriert.

Rufen Sie im ARNE NLS Advisor das Menü "**EINSTELLUNGEN**" mit dem Kennwort **@rne\$settings** auf und wählen Sie im Dropdown-Menü den Monitor der Ge healthcare Panda als Patientenmonitormodell aus.

4.3.15.4 Dräger Infinity Acute Care System

ARNE NLS Advisor unterstützt ein eigenständiges (nicht vernetztes) Dräger IACS-System mit Softwareversion VG7.1.1 unter Verwendung des Infinity Export Protocol (Revision 2.1). Das IACS-System besteht hauptsächlich aus drei miteinander verbundenen Geräten:

- · M540-Patientenmonitor
- · C500/C700-Cockpit-Display
- · P2500/PS250-Strom-/Kommunikations-Hub

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	27 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Alle diese drei Geräte müssen mit dem ARNE NLS Advisor-Gerät kommunizieren.

Verbinden Sie das IACS über die Infinity Export RS-232-Verbindung am P2500/PS250-Strom-/Kommunikations-Hub mit dem ARNE NLS Advisor. Dazu ist ein serielles Dräger RJ-22-auf-DB9-Kabel erforderlich (z. B. Dräger-Artikel MS22948). Weitere Einzelheiten finden Sie im Dräger IACS-Benutzerhandbuch.

Auf dem Dräger-Gerät gibt es keine relevanten Softwareeinstellungen.

Beachten Sie, dass Daten, die von einem IACS im Modus "simulierte Patientendaten" empfangen werden, vom ARNE NLS-Gerät als gültige Daten akzeptiert werden, da das Infinity Export Protocol diesen Simulationsstatus nicht anzeigt. Dies unterscheidet sich vom Philips IntelliVue-Monitor, bei dem Demodaten von ARNE ignoriert werden.

Rufen Sie im ARNE NLS Advisor das Menü "**EINSTELLUNGEN**" mit dem Kennwort **@rne\$settings** auf undwählen Sie im Dropdown-Menü das Patientenmonitormodell Dräger Infinity ACS aus.

4.3.11.5. Mindray BeneVision N-Serie

ARNE unterstützt einen eigenständigen (nicht vernetzten) Mindray BeneVision N1 in einer T1-Dockingstation mit der Softwareversion V02.49 und verwendet das Mindray HL7-basierte Kommunikationsprotokoll. Mindray gibt an, dass die folgenden Patientenmonitore der N-Serie mit diesem Protokoll kompatibel sind: N12, N15, N17, N19 und N22.

Die Mindray N-Serie verfügt über zwei Temperatursensoreingänge. ARNE unterstützt nur den Temperatursensoranschluss T1.

Die Einrichtung des Patientenmonitors erfolgt über das Hauptmenü (Symbol unten rechts) \rightarrow Einstellungen \rightarrow Wartungsmenü (normalerweise auf der dritten Seite). Hierfür ist das auf dem Monitor konfigurierte Benutzerkennwort erforderlich.

- 1) Einstellungen > Wartung > Dock-Einrichtung
 - a. Einrichtung:

i. Arbeitsmodus: Host-Modus

ii. Netzwerkeinstellungstyp: Aktuelle Dock-Netzwerkeinstellung verwenden

b. IP:

i. Netzwerktyp: LAN1-IP

ii. Verwenden Sie die folgende Adresse:

iii. IP-Adresse: 192.168.8.5

iv. Subnetz: 255.255.255.0

- v. Gateway: 0.0.0.0
- vi. DNS (alle): 0.0.0.0

c. WLAN:

i. Nicht erforderlich. Es wird empfohlen, alle konfigurierten WLAN-Netzwerke zu entfernen.

2) Einstellungen > Wartung > Netzwerkkonfiguration > WLAN

a. Kein WLAN erforderlich. Es wird empfohlen, alle konfigurierten WLAN-Netzwerke zu entfernen.

3) Einstellungen > Wartung > Netzwerkkonfiguration > HL7-Konfiguration:

a. Daten + Wellenformen:

- i. Netzwerkmodus: Client-Modus.
- ii. Serveradresse: 192.168.8.4 (= IP-Adresse des ARNE-Geräts)
- iii. Server-Port: 38911
- iv. Daten senden: aktiviert

- v. Datenintervall: 10 Sekunden
 - 1. Hinweis: Dies ist das kürzeste von Mindray unterstützte Intervall.
- vi. Wellenformen senden: deaktiviert
- b. Alarme:
 - i. Alarme senden: deaktiviert
 - 1. Hinweis: Wenn diese Option aktiviert bleibt und ein Alarmzustand auf dem Mindray vorliegt, zeigt das ARNE-Gerät keine Daten an.
 - ii. Die anderen Werte im Bereich "Alarme" müssen nicht eingestellt werden.
- c. Kompatibilität:
 - i. HL7-Protokollversion: HL7-Protokollversion 1.2
- 4. Einstellungen > Wartung > Netzwerkeinrichtung > Informationssicherheit:
 - a. Verschlüsselungsverbindungstyp: nicht relevant
 - b. Patientendaten übertragen: deaktiviert

Verbinden Sie den LAN1-RJ45-Anschluss des Monitors über ein Crossover-Ethernet-Kabel mit dem LAN1-Anschluss des ARNE-Geräts. Nach dem Anschließen des Kabels kann es bis zu 30 Sekunden dauern, bis das ARNE-Gerät die Mindray-Messdaten anzeigt.

Öffnen Sie im ARNE NLS Advisor das Menü "**EINSTELLUNGEN**" mit dem Passwort "@rne\$ettings" und wählen Sie das Modell des Mindray BeneVision-Patientenmonitors im Dropdown-Menü aus.

Beachten Sie, dass Daten, die von einem Mindray im Demo-Modus empfangen werden, vom ARNE-Gerät nicht als gültige Daten akzeptiert werden.

4.4. Fehlerbehebung

Wenn das ARNE NLS-Gerät eingeschaltet ist, die ARNE NLS-Anwendung jedoch nicht angezeigt wird (ein schwarzer Bildschirm), starten Sie das Gerät neu, indem Sie es aus- und wieder einschalten.

4.5. Zurücksetzen der Anwendung auf die Standardeinstellungen

Falls das Passwort oder der PIN-Code (siehe Abschnitt 2.3.1) geändert und verloren gegangen sind, ist es möglich, das ARNE NLS-Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Um die Anwendung auf ihre Standardeinstellungen zurückzusetzen, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

- 1. Melden Sie sich unter MS Windows vom Arne-Konto ab und beim Administratorkonto an (siehe 4.3.6.2).
- 2. Drücken Sie die Windows-Taste und öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und dann die Eingabetaste drücken:

Cmd

3. Navigieren Sie zum Anwendungseinstellungsverzeichnis von ARNE B.V für den Arne-Benutzer (dies ist ein anderer Benutzer als der aktuell angemeldete Arneadmin-Benutzer), indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

cd C:\Users\Arne\AppData\Local\ARNE_B.V <Eingabe drücken> dir <Eingabe drücken>

Dadurch wird eine Liste von Unterverzeichnissen angezeigt, von denen eines mit "Arne.Advisor.UI" beginnt. Führen Sie den folgenden Befehl für den vollständigen Verzeichnisnamen aus (Sie können den ersten Teil des Namens eingeben und die TAB-Taste zur automatischen Vervollständigung verwenden):

cd Arne.Advisor.Ul_xyz <verwenden Sie den tatsächlichen Namen und drücken Sie dann die Eingabetaste>

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	29 of 46	
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

4. Löschen Sie die Anwendungseinstellungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und dann die Eingabetaste drücken:

del /S /Q user.config

4. Melden Sie sich wieder beim normalen Arne Windows-Benutzerkonto an. Die Einstellungen sollten jetzt wieder auf den Werkseinstellungen basieren.

		Bedienungsanleitung				
	ARNE NLS Advisor				Page	30 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1				Date	2025-04-09

4.6. Produktbetrieb

4.6.1. Starten einer Newborn Life Support-Sitzung

4.6.1.1. Schritt 1

Drücken Sie die Schaltfläche NEUE EINHEIT STARTEN.

Alter			Gesamtdauer
Gewicht	Willko Der ARNE NLS Advisor steht	mmen zu Ihrer Unterstützung bereit	
Epinephrin		EIT STARTEN	Zeitdauer bis zum nachsten Schnitt
Volumen	SPRAC	HE (#	
Glukose 10 %			
Tubusgröße	ARNE NLS Advisor V1	1.1.0.0 © 2025 🙆	
	EINSTELLUNGEN 🏟 SCHULUNGSMODUS 📚		
Herzfrequenz	Sauerstoffsättigung	Atmung	Temperatur
—— ВРМ	—— %	—— /min	°c

4.6.1.2. Schritt 2

- 1. Wählen Sie das Schwangerschaftsalter des Neugeborenen
- 2. Wählen Sie das Gewicht des Neugeborenen

Alter 29-31 Wochen Gewicht	1 S hwangersch	naftsalter in Wochen:	Gesamtdauer 00:00 STOPP
1500 Gramm	<24 24-25 26-	28 29-31 32-33	Zeitdauer bis zum nächsten Schritt
Epinephrin 15 mcg	34-35 36-37 38-	40 41-42 >42	START ►
Volumen 15.0 ml Glukose 10 %	2 ewicht in Gramm: (Voraus	gewählt basierend auf dem Alter)	
3.8 ml	500 750 10	00 1500 2000	
Tubusgröße 3.0 mm	2500 3000 350	00 4000 4500	
Herzfrequenz	Sauerstoffsättigung	Atmung	Temperatur
—— ВРМ	%	—— /min	°C

		Bedienungsanl	dienungsanleitung			
	ARNE NLS Advisor				Page	31 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09	

4.6.1.3 Schritt 3

Drücken Sie die START >-Taste.

4.6.1.4. Schritt 4

Befolgen Sie die Anweisungen zur Neugeborenen-Lebenserhaltung im mittleren Teil des Displays.

		Bedienungsanleitung				
	ARNE NLS Advisor			Page	32 of 46	
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

4.6.1.5 Schritt 5

After every step choose **NEXT STEP >>** or choose between the **YES** or **NO button** to proceed to the next step of the Newborn Life Support protocol.

Oder wählen Sie die Schaltfläche "JA" oder "NEIN", um mit dem nächsten Schritt des Newborn Life Support-Protokolls fortzufahren.

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	33 of 46	
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

4.6.2. Bearbeiten des Gewichts während einer Sitzung

Direkt nach dem Start einer Sitzung werden Sie aufgefordert, das Gewicht des Babys einzugeben. Das Gewicht wirkt sich auf die Behandlungsempfehlungen aus. Es ist möglich, das Gewicht des Babys während der Sitzung zu ändern, indem Sie auf das Bleistiftsymbol daneben klicken (siehe Schaltfläche im Bild unten im roten Quadrat). Gewichtsabhängige Behandlungsempfehlungen und Protokollschritte werden automatisch aktualisiert.

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	34 of 46	
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

5. Reinigungsanweisungen

Der ARNE NLS Advisor ist ein wiederverwendbares Gerät. Das Gerät wird unsteril geliefert und ist für den Gebrauch bestimmt.

WARNUNG: Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie den ARNE NLS Advisor immer aus und trennen Sie vor der Reinigung die Wechselstromversorgung und alle Patientenverbindungen.

ACHTUNG: Um dauerhafte Schäden am ARNE NLS Advisor zu vermeiden, verwenden Sie kein unverdünntes Bleichmittel (5 % - 5,25 % Natriumhypochlorit) oder andere nicht empfohlene Reinigungslösungen.

So reinigen Sie die Oberflächen des ARNE NLS Advisor:

- Wischen Sie die Außenflächen zweimal oder so lange mit einem angefeuchteten weichen Tuch mit einer der empfohlenen Reinigungslösungen (Wasser oder 70 % Reinigungsalkohol) ab, bis die Oberflächen frei von sichtbaren Rückständen sind.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub, Schmutz, Haare und andere Partikel aus dem Gerät zu entfernen. Mit der Zeit können diese Gegenstände den Luftstrom in einem Computer behindern und dazu führen, dass Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden Sie mit Wasser oder 70 % Alkohol angefeuchtete Wattestäbchen, um schwer erreichbare Bereiche des Geräts abzuwischen.

Hinweis: Achten Sie besonders auf Risse, Spalten und schwer erreichbare Bereiche des Geräts.

- Wiederholen Sie den obigen Reinigungsschritt mit einem frischen Tuch.
- Lassen Sie den ARNE NLS Advisor vor der erneuten Verwendung gründlich trocknen.

VORSICHT: Um dauerhafte Schäden am ARNE NLS zu vermeiden, verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine übermäßigen Mengen an Flüssigkeiten.

Die Oberflächen des ARNE NLS Advisor können mit den folgenden Lösungen gereinigt werden:

• 70 % Isopropylalkohol

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	35 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1				Date	2025-04-09

6. Wartungsanweisungen

6.1 Batteriebetrieb und -wartung

Der ARNE NLS Advisor enthält zwei austauschbare Lithium-Ionen-Akkus. Stellen Sie beim Einschalten immer sicher, dass das Gerät mit Wechselstrom betrieben wird.

Bevor Sie den ARNE NLS Advisor ohne Wechselstromanschluss verwenden, überprüfen Sie die Ladezustandsanzeige der Batterie, indem Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige drücken und sicherstellen, dass die Batterie vollständig geladen ist (siehe Ladezustandsanzeige der Batterie auf Seite 10).

Hinweis: Wenn die Batterielaufzeit deutlich reduziert ist, ist es ratsam, die Batterie vollständig zu entladen und wieder vollständig aufzuladen.

6.2 Reparaturrichtlinie

ARNE B.V. oder eine autorisierte Serviceabteilung müssen Garantiereparaturen und -wartungen durchführen. Verwenden Sie keine defekten Geräte. Lassen Sie das Gerät reparieren.

Reinigen Sie kontaminierte und/oder schmutzige Geräte vor der Rücksendung gemäß dem in den Reinigungsanweisungen auf Seite beschriebenen Reinigungsverfahren. Stellen Sie sicher, dass die Geräte vor dem Verpacken vollständig trocken sind.

Um das Gerät zur Wartung zurückzusenden, beachten Sie das unten stehende Rückgabeverfahren.

6.3 Rücksendeverfahren

Reinigen Sie kontaminierte/verschmutzte Geräte vor der Rücksendung gemäß den Anweisungen in Stellen Sie sicher, dass die Geräte vor dem Verpacken vollständig trocken sind. Kontaktieren Sie ARNE B.V. über support@arne.health und fragen Sie nach einer RMA-Nummer. Verpacken Sie die Geräte sicher, wenn möglich in der Originalverpackung, und legen Sie die folgenden Informationen und Gegenstände bei:

• Ein Brief, in dem alle Schwierigkeiten mit dem ARNE NLS Advisor detailliert beschrieben werden. Geben Sie die RMA-Nummer im Brief an.

• Garantieinformationen, eine Kopie der Rechnung oder andere relevante Unterlagen müssen beiliegen.

• Bestellnummer zur Abdeckung der Reparatur, wenn der ARNE NLS Advisor nicht unter die Garantie fällt, oder zur Nachverfolgung, wenn dies der Fall ist.

• Informationen zu "Liefer-" und "Rechnungsempfänger".

• Kontaktperson (Name, Telefon-/Faxnummer und Land), die bei Fragen zu den Reparaturen zu kontaktieren ist.

• Ein Zertifikat, aus dem hervorgeht, dass der ARNE NLS Advisor von durch Blut übertragbaren Krankheitserregern dekontaminiert wurde.

• Senden Sie den ARNE NLS Advisor an die unten aufgeführte Lieferadresse zurück.

Kontaktieren Sie ARNE.B.V.

ARNE B.V. Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede Niederlande support@arne.health

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor			Page	36 of 46	
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1				Date	2025-04-09

6.4 Eingeschränkte Garantie

ARNE B.V. garantiert dem ursprünglichen Endverbraucher, dass das Hardwareprodukt der Marke ARNE (ARNE LNS-Gerät) und alle in der Originalverpackung enthaltenen Softwaremedien frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, wenn sie gemäß den Benutzerhandbüchern, technischen Daten und anderen von ARNE B.V. veröffentlichten Richtlinien von ARNE B.V. verwendet werden. Dies gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten und für alle Batterien für sechs (6) Monate ab dem ursprünglichen Datum, an dem das Produkt vom Endverbraucher erworben wurde. Die einzige Verpflichtung von ARNE B.V. im Rahmen dieser Garantie besteht in der Reparatur oder dem Austausch aller defekten Produkte oder Softwaremedien, die von der Garantie abgedeckt sind, nach eigenem Ermessen. Um einen Austausch im Rahmen der Garantie anzufordern, muss der Käufer ARNE B.V. kontaktieren und eine Rücksendegenehmigungsnummer erhalten, damit ARNE B.V. das Produkt verfolgen kann. Wenn ARNE B.V. feststellt, dass ein Produkt im Rahmen der Garantie ausgetauscht werden muss, wird es ausgetauscht und die Versandkosten übernommen. Alle anderen Versandkosten müssen vom Käufer getragen werden.

6.5 Ausschlüsse

Die Garantie gilt nicht für Produkte oder Software, die nicht von ARNE B.V. stammen, auch wenn sie mit dem Produkt verpackt waren, sowie für Produkte, die: (a) bei Lieferung an den Käufer nicht neu oder in der Originalverpackung waren; (b) ohne schriftliche Genehmigung von ARNE B.V. verändert wurden; (c) externe Verbrauchsmaterialien, Geräte oder Systeme des Produkts waren; (d) von jemand anderem als einer von ARNE B.V. autorisierten Person zerlegt, wieder zusammengebaut oder repariert wurden; (e) mit anderen Produkten oder anderem Zubehör verwendet wurden, das von ARNE B.V. nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen ist; (f) nicht wie in der Bedienungsanleitung oder anderweitig auf der Kennzeichnung angegeben verwendet oder gewartet wurden; (g) wiederaufbereitet, überholt oder recycelt wurden; und (h) durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuer, Erdbeben oder andere externe Ursachen beschädigt wurden.

Keine Garantie gilt für Produkte, die dem Käufer geliefert werden und für die ARNE B.V. oder sein autorisierter Vertriebshändler nicht bezahlt wird; und diese Produkte werden "WIE BESEHEN" ohne Garantie bereitgestellt.

6.6 Garantiebeschränkung

Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben oder durch den Kaufvertrag geändert, ist die obige Garantie die ausschließliche Garantie, die für das Produkt und die Softwaremedien gilt, und ARNE B.V. macht keine anderen Zusagen, Bedingungen oder Garantien in Bezug auf das Produkt. Es gelten keine anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien für Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, zufriedenstellende Qualität oder hinsichtlich der Anwendung angemessener Fähigkeiten und Sorgfalt. Die für das Produkt geltenden Bedingungen und Konditionen sowie die dem Produkt beiliegende Software finden Sie in den Lizenzbedingungen. Darüber hinaus haftet ARNE B.V. nicht für zufällige, indirekte, besondere oder Folgeverluste, Schäden oder Kosten, die durch die Nutzung oder den Nutzungsausfall von Produkten oder Software entstehen. In keinem Fall übersteigt die Haftung von ARNE B.V., die sich aus einem Produkt oder einer Software ergibt (aus Vertrag, Garantie, unerlaubter Handlung, verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig), den vom Käufer für das Produkt oder die Software gezahlten Betrag. Die oben genannten Beschränkungen schließen keine Haftung aus, die nicht gesetzlich vertraglich ausgeschlossen werden kann.

6.7 Endbenutzer-Verkaufsvereinbarung (mit Einschränkungen)

Dieses Dokument ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen ("Käufer") und ARNE B.V. ("ARNE") für den Kauf dieses Produkts ("Produkt") und einer Lizenz für die enthaltene oder eingebettete Software ("Software"). Sofern in einem separaten Vertrag für den Erwerb dieses Produkts nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, stellen die folgenden Bedingungen die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich Ihres Kaufs dieses Produkts dar. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, senden Sie das gesamte Produkt, einschließlich aller Zubehörteile, umgehend in der Originalverpackung mit Ihrem Kaufbeleg an ARNE B.V. zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.

Einschränkungen

	Bedienungsanleitung					
	ARNE NLS Advisor				Page	37 of 46
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1				2025-04-09

- Urheberrechtsbeschränkungen: Die Software und die begleitenden schriftlichen Materialien sind urheberrechtlich geschützt. Das unbefugte Kopieren der Software, einschließlich Software, die geändert, zusammengeführt oder in andere Software integriert wurde, oder der schriftlichen Materialien ist ausdrücklich verboten. Der Käufer kann für jegliche Urheberrechtsverletzungen rechtlich verantwortlich gemacht werden, die durch die Nichteinhaltung der Bedingungen dieser Vereinbarung durch den Käufer verursacht werden oder entstehen.
- Nutzungsbeschränkungen: Der Käufer darf das Produkt physisch von einem Ort zum anderen übertragen, sofern die Software nicht kopiert wird. Der Käufer darf die Software nicht elektronisch vom Produkt auf ein anderes Gerät übertragen. Der Käufer darf die Software oder die schriftlichen Materialien nicht offenlegen, veröffentlichen, übersetzen, freigeben, Kopien davon verteilen, ändern, anpassen, übersetzen, zurückentwickeln, dekompilieren, disassemblieren oder abgeleitete Werke auf der Grundlage der Software oder der schriftlichen Materialien erstellen.
- Übertragungsbeschränkungen: Der Käufer darf das Produkt oder die Software in keinem Fall vorübergehend übertragen, abtreten, vermieten, verleasen, verkaufen oder anderweitig darüber verfügen. Der Käufer darf diese Lizenz weder ganz noch teilweise kraft Gesetzes oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ARNE B.V. abtreten oder übertragen; mit der Ausnahme, dass die Software und alle Rechte des Käufers hierunter automatisch auf jede Partei übertragen werden, die rechtmäßig Eigentumsrechte an dem Produkt erwirbt, in dem diese Software enthalten ist. Jeder Versuch, Rechte, Pflichten oder Verpflichtungen, die hierunter entstehen, anders als in diesem Absatz dargelegt abzutreten, ist ungültig.

	Bedienungsanleitung				Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	38 of 46
ARNE	Document Nr.:	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

7. Entsorgung des Geräts

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)

Gemäß der WEEE-Richtlinie 2008/98/EG müssen alle Kategorien von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE), die in dieser Richtlinie im ANHANG I aufgeführt sind, getrennt entsorgt und gesammelt werden und die besten verfügbaren Behandlungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken verwenden.

EEE enthalten gefährliche Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, aber EEE sind auch eine wertvolle Rohstoffquelle. Daher ist es wichtig, WEEE getrennt von anderen Abfällen zu sammeln.

ARNE B.V.-Produkte unterliegen der Richtlinie, und wir bitten Sie daher dringend, die Geräte getrennt vom "normalen" Hausmüll zu entsorgen und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß behandelt, zurückgewonnen oder recycelt werden, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Für eine Rücksendegenehmigung wenden Sie sich an ARNE B.V. unter support@arne.health

	Bedienungsanleitung			Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	39 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

8. Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung des Systems. Eine Liste der Meldungen finden Sie im Abschnitt 8.1

Informationen zum Melden von Softwarefehlern an die Serviceorganisation von ARNE B.V. finden Sie im Abschnitt "Kontaktinformationen" auf Seite 7.

8.1. Fehlermeldungen

Die folgenden Tabellen listen die Fehlermeldungen auf, die der Advisor in verschiedenen Szenarien oder Bildschirmen in der Anwendung anzeigen kann. Die Tabellen listen nur die englische (US) Übersetzung der Meldungen auf. Der Advisor zeigt die meisten Fehlermeldungen in der konfigurierten Benutzeroberflächensprache an; alle Ausnahmen werden in der Spalte "Details" vermerkt.

8.1.1. Gerätestartfehler

Beschreibung	Resultat	Benötigte Aktion	Einzelheiten
Ihre Lizenz für den ARNE Advisor läuft in X Tagen ab. Bitte kontaktieren Sie den Systemadministrator, um die Lizenz zu verlängern.	Advisor zeigt beim Start einen Dialog mit dieser Meldung an. Advisor kann normal verwendet werden, nachdem der Benutzer den Dialog bestätigt hat.	Wenden Sie sich innerhalb von X Tagen an den Systemadministrator, um die Lizenz zu erneuern.	Der Wert von X variiert je nach Situation.
Ihre Lizenz für den ARNE Advisor ist abgelaufen. Nach Y Tagen funktioniert die Anwendung nicht mehr. Bitte wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die Lizenz zu erneuern.	Advisor zeigt beim Start einen Dialog mit dieser Meldung an. Advisor kann normal verwendet werden, nachdem der Benutzer den Dialog bestätigt hat.	Wenden Sie sich innerhalb von Y Tagen an den Systemadministrator, um die Lizenz zu erneuern.	Der Wert von Y variiert je nach Situation.
Ihre Lizenz für den ARNE Advisor ist abgelaufen.	Der Berater startet nicht.	Wenden Sie sich zur Erneuerung der Lizenz an den Systemadministrator.	-
Die Lizenzdatei ist ungültig oder wurde nicht gefunden.	Der Berater startet nicht.	Wenden Sie sich zur Reparatur oder Erneuerung der Lizenz an den Systemadministrator.	-
Beim Laden des medizinischen Protokolls ist ein Fehler aufgetreten.	Der Berater startet nicht.	Wenden Sie sich zur Untersuchung des Problems an den Systemadministrator.	-
Failed to start the ARNE Advisor application.	Der Berater startet nicht.	Wenden Sie sich zur Untersuchung des Problems an den Systemadministrator.	Diese Nachricht wird immer auf Englisch angezeigt.

Bedienungsanleitung					Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	40 of 46	
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09	

8.1.2 Leistungsfehler

Beschreibung	Resultat	Benötigde aktion	Einzelheiten
Im Akkubetrieb ist es nicht möglich, eine neue Sitzung zu starten. Bitte schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.	Nachdem der Benutzer diesen Dialog bestätigt hat, kehrt Advisor zum Startbildschirm zurück. Es ist nicht möglich, eine Sitzung zu starten.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.	-
Die Netzstromversorgung ist unterbrochen. Das Gerät läuft jetzt im Akkubetrieb. Sie können die aktuelle Sitzung beenden, aber erst eine neue starten, wenn das Gerät wieder an eine Steckdose angeschlossen ist.	Wenn eine Sitzung aktiv ist, kann der Benutzer nach Bestätigung des Dialogs die Sitzung fortsetzen. Wenn keine Sitzung aktiv ist, ist das Starten einer neuen Sitzung erst möglich, wenn das Gerät wieder an eine Steckdose angeschlossen wird.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.	Diese Nachricht kann sowohl während als auch außerhalb einer Sitzung angezeigt werden.

8.1.3 Audiofehler

Nachrichtenbeschreibung	Resultat	Benötigde aktion	Einzelheiten
Das Headset wird nicht erkannt oder ist nicht verbunden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Headset angeschlossen, aufgeladen und eingeschaltet ist.	Sitzungen können gestartet werden, aber Text-to-Speech- Audio ist während der Sitzung nicht verfügbar.	Stellen Sie sicher, dass das Headset über Bluetooth ordnungsgemäß mit dem richtigen ARNE-Gerät verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Headset aufgeladen und eingeschaltet ist.	Diese Meldung kann beim Verwenden der Audiotest- Schaltfläche angezeigt werden.

8.1.4 ARNE NLS Advisor PIN-Code-Fehler

Nachrichtenbeschreibung	Resultat	Benötigde aktion	Einzelheiten
Die eingegebene PIN ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.	Der Benutzer kann nicht auf den Schulungsmodus und die Funktionen zur Übertragung des Sitzungsprotokolls zugreifen.	Geben Sie den richtigen PIN- Code ein. Oder wenden Sie sich zum Zurücksetzen des PIN- Codes an den Systemadministrator.	Diese Meldung kann beim Versuch angezeigt werden, den Schulungsmodu s zu aktivieren und auf die Funktion zur Übertragung des Sitzungsprotoko Ils zuzugreifen.

	Bedienungsanleitung				Status	
	ARNE NLS Advisor				Page	41 of 46
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

8.1.5 Fehler bei der Übertragung des Sitzungsprotokolls

Nachrichtenbeschreibung	Resultat	Benötigde aktion	Einzelheiten
Fehler: Kein USB-Laufwerk	Sitzungsprotokolle	Stecken Sie ein gültiges und	-
gefunden.	können nicht auf das	beschreibbares USB-	
	USB-Laufwerk	Laufwerk mit ausreichend	
	übertragen werden.	freiem Speicherplatz ein.	
Fehler: Protokolle können	Sitzungsprotokolle	Stecken Sie ein gültiges und	-
nicht auf USB-Laufwerk	können nicht auf das	beschreibbares USB-	
kopiert werden.	USB-Laufwerk	Laufwerk mit ausreichend	
	übertragen werden.	freiem Speicherplatz ein.	
Fehler: Protokollverzeichnis	Sitzungsprotokolle	Stecken Sie ein gültiges und	-
kann auf USB-Laufwerk nicht	können nicht auf das	beschreibbares USB-	
erstellt werden.	USB-Laufwerk	Laufwerk mit ausreichend	
	übertragen werden.	freiem Speicherplatz ein.	
Fehler: Informationen zum	Sitzungsprotokolle	Stecken Sie ein gültiges und	-
USB-Laufwerk konnten nicht	können nicht auf das	beschreibbares USB-	
abgerufen werden.	USB-Laufwerk	Laufwerk mit ausreichend	
	übertragen werden.	freiem Speicherplatz ein.	

8.1.6 Fehler bei den Administratoreinstellungen

Nachrichtenbeschreibung	Resultat	Benötigde aktion	Einzelheiten
Das eingegebene Passwort ist falsch. Bitte versuchen Sie es erneut.	Der Benutzer kann nicht auf den Administratoreinstellu ngsbildschirm zugreifen.	Geben Sie das richtige Administratorkennwort ein. Oder wenden Sie sich an den Systemadministrator, um das Kennwort auf den Standardwert zurückzusetzen.	Diese Meldung kann beim Versuch angezeigt werden, auf den Bildschirm mit den Administratorein stellungen zuzugreifen.
Das aktuelle Passwort ist falsch.	Das Administratorkenn- wort wurde nicht geändert.	Geben Sie das korrekte, aktuelle Administratorkennwort in das entsprechende Feld ein und versuchen Sie es erneut.	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, das Administratorke nnwort im Einstellungsbild schirm zu ändern.
Das neue Passwort und das bestätigte Passwort sind unterschiedlich.	Das Administratorkenn- wort wurde nicht geändert.	Geben Sie dasselbe neue Administratorkennwort in die beiden entsprechenden Felder ein und versuchen Sie es erneut.	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, das Administratorke nnwort im Einstellungsbild schirm zu ändern.
Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben enthalten.	Das Administratorkenn- wort wurde nicht geändert.	Geben Sie in den beiden entsprechenden Feldern ein neues Administratorkennwort ein, das den angegebenen Anforderungen entspricht,	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, das Administratorke

		Bedienungsanleitung				
	ARNE NLS Advisor			Page	42 of 46	
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

		und versuchen Sie es erneut.	nnwort im Einstellungsbild schirm zu ändern.
Der aktuelle PIN-Code ist falsch.	Der PIN-Code wurde nicht geändert.	Geben Sie den korrekten aktuellen PIN-Code in das entsprechende Feld ein und versuchen Sie es erneut.	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, den PIN-Code im Einstellungsbild schirm zu ändern.
Der neue PIN-Code und der bestätigte PIN-Code sind unterschiedlich.	Der PIN-Code wurde nicht geändert.	Geben Sie denselben neuen PIN-Code in die beiden entsprechenden Felder ein und versuchen Sie es erneut.	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, den PIN-Code im Einstellungsbild schirm zu ändern.
Der PIN-Code darf nur aus Ziffern bestehen.	Der PIN-Code wurde nicht geändert.	Geben Sie in den beiden entsprechenden Feldern einen neuen PIN-Code ein, der den angegebenen Anforderungen entspricht, und versuchen Sie es erneut.	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, den PIN-Code im Einstellungsbild schirm zu ändern.
Der PIN-Code muss genau 5 Ziffern lang sein.	Der PIN-Code wurde nicht geändert.	Geben Sie in den beiden entsprechenden Feldern einen neuen PIN-Code ein, der den angegebenen Anforderungen entspricht, und versuchen Sie es erneut.	Diese Meldung kann angezeigt werden, wenn Sie versuchen, den PIN-Code im Einstellungsbild schirm zu ändern.

8.1.7 Andere Fehler

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Sie werden zum Startbildschirm zurückgeleitet.	Advisor kehrt automatisch zum Startbildschirm zurück, nachdem der Benutzer diesen Dialog bestätigt	Tipp: Starten Sie das Gerät neu. Tipp: Wenden Sie sich zur Untersuchung des Problems an den Systemadministrator.	-
	diesen Dialog bestätigt hat.		
	Alle aktiven Sitzungen werden beendet.		

	Bedienungsanleitung			Status		
	ARNE NLS Advisor				Page	43 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09	

9. Symbolerklärung

Allgemein							
Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung				
	Hersteller und Herstellungsdatum	CE	Entspricht den europäischen Vorschriften für Medizinprodukte. Die Konformität wird von einer benannten Stelle mit Identifikationsnummer bewertet.				
MD	Medizinisches Gerät	UDI	Unique Eindeutige Gerätekennung Identifier				
REF	Catalog number	SN	Seriennummer				
	Gebrauchsanweisung beachten. Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung beachten muss.		Achtung: Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen muss, um wichtige Warnhinweise wie Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu erhalten, die aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angegeben werden können.				
	Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanweisung.		Entsorgen Sie das Gerät gemäß den nationalen und/oder örtlichen Vorschriften.				

Elektrische Sicherheit						
Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung			
\sim	Wechselstrom		Gleichstrom			
	Stehen zu	c US	Medizinische Geräte hinsichtlich Stromschlag, Feuer und mechanischer Gefahren nur gemäß der ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) und CAN/CSA-C22.2 No. 60601- 1:14			

	Bedienungsanleitung				Status	
	ARNE NLS Advisor			Page	44 of 46	
ARNE	Document Nr.:		Version:	2.1	Date	2025-04-09

Transport- und	Lagerbedingungen		
Symbol	Erläuterung	Symbol	Erläuterung
Ţ	Bleib trocken		Temperaturgrenze
×	Von Hitze fernhalten		Feuchtigkeitsbegrenzung

	Bedienungsanleitung			Status	
ARNE NLS Advisor				Page	45 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1			Date	2025-04-09

10. Anhang A - Technische Daten und Spezifikationen

Hauptspezifikationen					
Prozessor	Intel Skylake Dual-Core i5/Celeron 3955U				
Systemspeicher	DDR4 up to 16GB				
OS unterstützend	Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Ubuntu 18.04 LTS IGEL (thin client solution)				
Grafikkarte	Intel HD Graphics 520				
Lagerung	M.2 SSD up to 512Gb (optional)				
Wireless					
Communication	802.11 ac/a/b/g/n + BT 4.0 (optional)				
Touch	Project Capacitive Touch / resistive Touch				
Lautsprecher	3W x2				
Security	TPM 2.0				
Bildschirm					
Bildschirmgröße	11.6"				
Auflösung	1366 x 768				
Max. Colors	262K				
Kontrastverhältnis	500:1				
Leuchtdichte (cd/m2)(TYP)	250				
1/0					
USB					
Video Out	HDML out x1				
Ethernet					
Mechanik und Umwelt					
	75/100 mm VESA mount				
Betriebstemperatur					
Lagertemperatur	-20C~60C(-4F`140F)				
Luftfeuchtigkeit bei	10%~95%@40C, non-condensing				
Schutzgrad	Front Panel: IP65, Rear IPX1				
Ahmessungen	300/() x 185/W) x 345/H) mm				
Nettogewicht	1 9kg				
Bruttogewicht	2.6kg				
Paketdimension					
(W x D x H)	420(L) x 185(W) x 345(H) mm				
Zertifizierungen	CE: EN 60601-1-2:2015(V4.0) EN 60601-1:2006/A1:2013(V3.1) FCC: Part 18 Class B UL: ANSI/AAMI ES60601-1:2012 (V3.1) cUL:CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 (3.1)				
Stromversorgung					
Modell	Adapter A I MU65-P120				
Eingang	100-240V AC, 50-60Hz				
Ausgabe	12v, 5A				
Batterie					
Hersteller	Onyx				
Modell	OPM-P051 (2INP8/36/41-3)				
Тур	Lithium-ion battery				
Kapazitat	32.72VVN				
Ausgangsleistungen	1/.2VaC, 4545MAN				

	Bedienungsanleitung			Status		
	ARNE NLS Advisor				Page	46 of 46
ARNE	Document Nr.: Version: 2.1				Date	2025-04-09

10.1 Produktabmessungen in mm

